

超音波検査士認定試験対策：臨床編 Book 2 第2刷 および 第1刷補足

この正誤表は第1刷および第2刷の書籍が対象です。
第1刷をお使いの方は2023年6月15日付の正誤表を合わせてご参照ください。
書籍の「刷」は最終ページ下部の「刷」の表示をご確認ください。

本書に誤りおよび説明・出題意図が不明瞭な箇所がありました。正しくは下記の通りです。お詫びして訂正・補足いたします。

2025年8月21日

	誤／不明瞭	正／補足
p.2, 3 肝臓 プレチェック 問10	10 肝細胞癌は境界明瞭、辺縁高エコー帯、mosaic pattern、後方エコー増強を呈する 10 × 肝のhaloとは辺縁低エコー帯、乳腺でのhaloは辺縁高エコー帯のこと →「Book 1 Ⅲ」p.29, p.48-49, 転移性肝腫瘍	10 肝細胞癌の典型所見として境界明瞭、外側陰影、mosaic pattern、後方エコー増強を呈することがある 10 ○ →「Book 1 Ⅲ」p.28, 肝腫瘍のサイン、p.40-41, 肝細胞癌（HCC）
p.3 肝臓 プレチェック 問9	9 ○ →「Book 1 Ⅲ」p.28, 肝腫瘍のサイン、p.41, 肝細胞癌（HCC）	9 ○ →「Book 1 Ⅲ」p.26, 肝腫瘍、p.40-41, 肝細胞癌（HCC）
p.112 検診 プレチェック 問20	スクリーニングには3.5～5.5MHzのコンベックス型プローブを使用する	スクリーニングには3.5～7MHzのコンベックス型プローブを使用する
p.113 検診 プレチェック 問18	多発性嚢胞腎は、 <u>カテゴリー3の要精検</u>	多発性嚢胞腎は、 <u>カテゴリー2、要精検</u>
p.137, 154 健診領域 模擬試験1 問33	(1) 胆嚢びまん性<u>肥厚</u> —— D2 ○ (1) 胆嚢びまん性<u>肥厚</u> —— D2	(1) 胆嚢びまん性<u>壁肥厚</u> —— D2 ○ (1) 胆嚢びまん性<u>壁肥厚</u> —— D2
p.155 健診領域 模擬試験1 問35	× (1) 紡錘状大動脈瘤 ○ (2) 嚢状大動脈瘤	○ (1) 紡錘状大動脈瘤 × (2) 嚢状大動脈瘤
p.171, 189 健診領域 模擬試験2 問35	35 腹部大動脈の超音波画像である。誤っているのはどれか。2つ選べ。 35 腹部大動脈の超音波画像である。誤っているのはどれか。2つ選べ。 × (2) 嚢状大動脈瘤である <u>紡錘状大動脈瘤である。</u>	35 腹部大動脈の超音波画像である。誤っているのはどれか。_____ 35 腹部大動脈の超音波画像である。誤っているのはどれか。_____ ○ (2) 嚢状大動脈瘤である ○ (3) 壁在血栓を認める ← 選択肢説明文を削除